



# BIOR

PĀRTIKAS DROŠĪBAS, DZĪVNIĒKU VESELĪBAS  
UN VIDES ZINĀTNISKAIS INSTITŪTS

Lejupe iela 3, Rīga, Latvija, LV-1076, tālr.: +371 67620526, fakss: +371 67620434, e-pasts: bior@bior.lv, www.bior.lv, reģ. Nr. 90009235333

## LĒMUMS

### par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumā „Iekārtu piegāde molekulārās bioloģijas nodaļai darbam ar PFGE metodi” (iepirkuma identifikācijas Nr. BIOR 2018/4)

Rīgā

2018. gada 27. februārī

**Pasūtītāja nosaukums:** Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” (turpmāk – Institūts)

**Iepirkuma identifikācijas numurs:** BIOR 2018/4

**Iepirkuma priekšmets:** iekārtu piegāde molekulārās bioloģijas nodaļai darbam ar PFGE metodi

**Iepirkuma metode:** iepirkums veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.

**Iepirkuma komisija izveidota, pamatojoties uz Institūta direktora A. Bērziņa 2018. gada 19. janvāra rīkojumu Nr. 7.**

**Komisijas priekšsēdētāja:** Institūta Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorijas vadītāja I. Rodze.

**Komisijas priekšsēdētājas vietiece:** Institūta iepirkumu nodaļas vadītāja B. Skuja.

**Komisijas locekles:**

Institūta Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorijas Molekulārās bioloģijas nodaļas vadītāja L. Grantiņa-leviņa.

Institūta grāmatvedības nodaļas vadītāja Dz. Brice.

**Komisijas sekretāre:** Institūta Juridiskās nodaļas vecākā referente G. Atslēga.

**Paziņojums par plānoto līgumu publicēts internetā ([www.iub.gov.lv](http://www.iub.gov.lv)):** 19.01.2018.

**Pretendenti noteiktās kvalifikācijas prasības –** ir norādītas nolikuma 2. nodaļā.

**Piedāvājuma izvēles kritērijs:** iepirkuma komisija katrā iepirkuma daļā izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām. Tā kā sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājumu izvēlē, Institūts, lai izvēlētos saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai izmanto tikai cenu.

Ja tiks konstatēts, ka divi vai vairāki pretendenti kādā no iepirkuma daļām ir iesnieguši piedāvājumu ar vienādiem cenu piedāvājumiem, Pasūtītājs līguma slēgšanas tiesības piešķir tam pretendentam, kurš piedāvā garāku piegādātās iekārtas garantijas termiņu. Ja piedāvātais piegādātās iekārtas garantijas termiņš būs vienāds, tad Pasūtītājs veiks izlozi

**Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:** 30.01.2018., plkst. 11:00.

**Saņemtie piedāvājumi:** detalizēts saņemto piedāvājumu saraksts pievienots šī lēmuma 1. pielikumā.

**Nav iesniegti piedāvājumi:** iepirkuma 7. daļā “Kratītājs ar platformu mikrobioloģisko maisiņu ar tilpumu 400 ml inkubēšanai”.

**Piedāvājumu vērtēšana:**

1. Iepirkuma komisija ir izvērtējusi iesniegtos atlases dokumentus un konstatējusi, ka tie atbilst iepirkuma nolikumam un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, izņemot: SIA “Sentios” savam piedāvājumam ir pievienojusi pieredzes aprakstu par laika periodu no 2015. gada

septembra, kas atspoguļo aktuālo informāciju par iepriekšējos 3 (trīs) gados veiktajām iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgām laboratorijas iekārtu piegādēm, bet nav pievienojusi klāt vismaz vienu pozitīvu atsaukmi no klienta, kuram piegādātas iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgas laboratorijas iekārtas pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017. gadā), atbilstoši iepirkuma nolikuma 2.1.4. un 2.2.4. punkta prasībām.

**Komisija nolemj:**

- 1) atzīt SIA "Sentios" iesniegtos atlases dokumentus par atbilstošiem iepirkuma nolikumam un virzīt turpmākai vērtēšanai, tā kā Institūts atbilst iepirkuma nolikuma 2.1.4. un 2.2.4. punktā norādītajām prasībām un sniedz pozitīvu atsaukmi par SIA "Sentios" (valsts iepirkuma līgums Nr. BIOR 2015/66/EZF/2);
  - 2) pārējos pretendētus virzīt turpmākai izvērtēšanai.
2. Iepirkuma komisija ir izvērtējusi pretendentu iesniegto tehnisko piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikumam un konstatējusi, ka tie atbilst nolikumam un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, izņemot:
- 1) SIA "Mediq Latvija" piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām: iepirkuma 1. daļā "Vertikāla laboratorijas tipa saldētava" tiek piedāvāta saldētava ar trīs plauktiem, nevis saldētava ar vismaz trīs plauktiem ar atsevišķām iekšējām durvīm katram plauktam;
  - 2) SIA "Sentios" piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām: iepirkuma 3. daļā "Dzesējoša centrifūga" tiek piedāvāta iekārta - modelis Biosan LMC-3000+piederumi, kas nav dzesējoša centrifūga;
  - 3) SIA "Mediq Latvija" piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām iepirkuma 3. daļā "Dzesējoša centrifūga", jo piedāvātajam modelim NUVE NF400R temperatūras diapazons zemākā robeža ir no -9 °C nevis vismaz no -10 °C.

**Komisija nolemj:**

- 1) noraidīt SIA "Mediq Latvija" piedāvājumu iepirkuma 1. daļā "Vertikāla laboratorijas tipa saldētava", pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 2.1.5., 2.1.6., 6.1.2. un 6.2.5. punktu, tā kā tas neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām: tiek piedāvāta saldētava ar trīs plauktiem, nevis saldētava ar vismaz trīs plauktiem ar atsevišķām iekšējām durvīm katram plauktam;
  - 2) noraidīt SIA "Sentios" piedāvājumu iepirkuma 3. daļā "Dzesējoša centrifūga", pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 2.1.5., 2.1.6., 6.1.2. un 6.2.5. punktu, tā kā tas neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām: tiek piedāvāta iekārta – modelis Biosan LMC-3000+piederumi, kas nav dzesējoša centrifūga;
  - 3) noraidīt SIA "Mediq Latvija" piedāvājumu iepirkuma 3. daļā "Dzesējoša centrifūga", pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 2.1.5., 2.1.6., 6.1.2. un 6.2.5. punktu, tā kā tas neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām: piedāvātajam modelim NUVE NF400R temperatūras diapazons zemākā robeža ir no -9 °C nevis vismaz no -10 °C;
  - 4) pārējos pretendentu iesniegtos piedāvājumus virzīt turpmākai vērtēšanai.
3. Iepirkuma komisija ir izvērtējusi pretendentu iesniegtos finanšu piedāvājumus un konstatējusi, ka tie atbilst nolikuma prasībām.

**Komisija nolemj:** pretendentu iesniegtos piedāvājumus virzīt turpmākai vērtēšanai.

4. Iepirkuma komisija ir pārbaudījusi publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju un konstatējusi, ka uz pretendentiem, kuriem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības 2., 3., 4., 5., 6. un 8. daļā:

Iepirkuma daļa	Daļas nosaukums	Pretendents (juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas Nr.)	Piedāvātā līgumcena, bez PVN, EUR
2. daļa	Sausais termobloks	SIA "Derox", reģ. Nr. 40003979539	650,00
3. daļa	Dzesējoša centrifūga	SIA "Labochema Latvija", reģ. Nr. 40003925979	3 220,00
4. daļa	Vorteks - mikrocentrifūga	SIA "Derox", reģ. Nr. 40003979539	260,00

5. daļa	Ūdens vanna ar kratīšanas funkciju	SIA "Mediq Latvija", reģ. Nr. 40103295181	1 800,00
6. daļa	Kratītājs ar platformu gēlu mazgāšanai	SIA "Derox", reģ. Nr. 40003979539	784,00
8. daļa	Inkubators 50 ml stikla pudelēm ar kratīšanas funkciju	SIA "Labochema Latvija", reģ. Nr. 40003925979	1 900,00

neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas noteikumi.

**Komisija nolemj:**

- 1) iepirkuma 2., 3., 4., 5., 6. un 8. daļā atbilstoši iepirkuma nolikumam izvēlēties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām:

Iepirkuma daļa	Daļas nosaukums	Pretendents (juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas Nr.)	Piedāvātā līgumcena, bez PVN, EUR
2. daļa	Sausais termobloks	SIA "Derox", reģ. Nr. 40003979539	650,00
3. daļa	Dzesējoša centrifūga	SIA "Labochema Latvija", reģ. Nr. 40003925979	3 220,00
4. daļa	Vorteks - mikrocentrifūga	SIA "Derox", reģ. Nr. 40003979539	260,00
5. daļa	Ūdens vanna ar kratīšanas funkciju	SIA "Mediq Latvija", reģ. Nr. 40103295181	1 800,00
6. daļa	Kratītājs ar platformu gēlu mazgāšanai	SIA "Derox", reģ. Nr. 40003979539	784,00
8. daļa	Inkubators 50 ml stikla pudelēm ar kratīšanas funkciju	SIA "Labochema Latvija", reģ. Nr. 40003925979	1 900,00

- 2) pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. panta trīspadsmito daļu, izbeigt iepirkumu 7. daļā "Kratītājs ar platformu mikrobioloģisko maisiņu ar tilpumu 400 ml inkubēšanai" bez rezultāta, tā kā nav iesniegts neviens piedāvājums;
- 3) pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. panta trīspadsmito daļu, izbeigt iepirkumu 1. daļā "Vertikāla laboratorijas tipa saldētava" bez rezultāta, tā kā iesniegts iepirkuma nolikuma noteiktajām prasībām neatbilstošs piedāvājums.

Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemt lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas.

**Pielikumā:**

1. Cenu tabula uz 1 (vienas) lp.
2. Izdrukas no Ministru kabineta noteiktās informācijas sistēmas uz 18 (astoņpadsmit) lp.

Komisijas priekšsēdētāja:

I. Rodze

Komisijas priekšsēdētājas vietniece:

B. Skuja

Komisijas locekles:

L. Grantiņa-Ieviņa

Dz. Brice

Komisijas sekretāre:

G. Atslēga