



BIOR

PĀRTIKAS DROŠĪBAS, DZĪVNIĒKU VESELĪBAS
UN VIDES ZINĀTNISKAIS INSTITŪTS

Lejupes iela 3, Rīga, Latvija, LV-1076, tālr.: +371 67620526, fakss: +371 67620434, e-pasts: bior@bior.lv, www.bior.lv, reģ. Nr. 90009235333

ZIŅOJUMS

Rīgā

2018. gada 8. oktobrī

- 1. Pasūtītāja nosaukums:** Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” (turpmāk – Institūts).
- 2. Iepirkuma identifikācijas numurs:** BIOR 2018/33/AK.
- 3. Iepirkuma priekšmets:** Instrumentālo iekārtu iegāde zinātniskā institūta „BIOR” Molekulārās bioloģijas nodaļas pētnieciskās kapacitātes uzlabošanai.
- 4. Iepirkuma metode:** atklāts konkurss, kas tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
- 5. Iepirkuma komisija izveidota, pamatojoties uz Institūta direktora A. Bērziņa 2018. gada 21. augusta rīkojumu Nr.87.**

Komisijas priekšsēdētāja: Institūta Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorijas vadītāja I. Rodze.

Komisijas priekšsēdētājas vietniece: Institūta Iepirkumu nodaļas vadītāja B. Skuja.

Komisijas locekļi:

Institūta Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorijas Molekulārās bioloģijas nodaļas vadītāja L. Grantiņa-leviņa.

Institūta Grāmatvedības nodaļas vadītāja Dz. Brice.

Komisijas sekretāre: Institūta Juridiskās nodaļas vecākā referente K. Asmusa-Solanki.

- 6. Iepirkuma komisijas sastāvs grozīts, pamatojoties uz Institūta direktora A. Bērziņa 2018. gada 14. septembra rīkojumu Nr.96.**

Komisijas priekšsēdētājas vietniece: Institūta Iepirkumu nodaļas vecākā eksperte S. Mežiņa.

- 7. Paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja interneta vietnē www.iub.gov.lv 28.08.2018.**
- 8. Pretendenti noteiktās kvalifikācijas prasības:** norādītas atklāta konkursa nolikuma 4. sadaļā (nolikums pieejams <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/13173>).
- 9. Piedāvājumu izvēles kritērijs –** iepirkuma komisija katrā iepirkuma daļā izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām. Tā kā sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājumu izvēlē, Pasūtītājs, lai izvēlētos saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai izmanto tikai cenu.
- 10. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:** 18.09.2018. plkst. 10:00 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
- 11. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta:** 18.09.2018. plkst. 10:00 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
- 12. Saņemtie piedāvājumi:** ziņojuma pielikumā.
- 13. Atlases dokumentu vērtēšana (27.09.2018. protokols Nr.3)**

Komisija pārbauda pretendenta iesniegtos atlases dokumentus (1.pielikums). Komisija konstatē, ka pretendenta SIA „BioAvots” iesniegtie atlases dokumenti atbilst izvirzītajām prasībām. Attiecībā uz pretendenta SIA „Hydrox” iesniegtajiem atlases dokumentiem komisija konstatē turpmāk minēto:

- 1.1. Pretendents SIA „Hydrox” ir iesniedzis Apvienotās Karalistes uzņēmuma Covaris Ltd vēstuli, kurā norādīts, ka uzstādīšanu un apmācību precēm, ko izplata pretendents, veic Covaris Ltd**



darbinieki. Komisija secina, ka pretendents balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

1.2. Komisija konstatē, ka saskaņā ar Nolikuma 5.11.punkta 5.11.1. un 5.11.3. apakšpunktu, ja pretendents pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pretendents piedāvājumam papildus iesniedz: 1) visu iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu, kur norāda: nosaukumu, reģistrācijas numuru, katram apakšuzņēmējam nododamo darbu veidu un apjomu un to līdzatbildību valsts iepirkuma līguma izpildē; 3) kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka apakšuzņēmējs ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (šis noteikums attiecas tikai uz ārvalstīs reģistrētu apakšuzņēmēju). Pasūtītājs pārbauda Latvijā reģistrēta apakšuzņēmēja reģistrācijas faktu, iegūstot informāciju publiskajās datu bāzēs.

1.3. Ievērojot minēto, komisija secina, ka pretendenta SIA "Hydrox" iesniegtie atlases dokumenti atbilst izvirzītajām prasībām, izņemot:

- 1) pretendents nav iesniedzis Nolikuma 5.11.punkta 5.11.1. un 5.11.3. apakšpunktā norādītos dokumentus par personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām;
- 2) pretendents nav pievienojis apmācību sertifikātu speciālistam, kas varētu nodrošināt pretendenta piedāvātā konvencionālā polimerāzes ķēdes reakcijas amplifikatora ar 96 bedrīšu termobloku ar gradienta funkciju (iepirkuma 2.daļa) uzstādīšanu un darbinieku apmācību minētās iekārtas lietošanā;
- 3) pretendents nav pievienojis piedāvātā speciālista pašrocīgi parakstītu apliecinājumu par gatavību iesaistīties līguma izpildē, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.

14. Tehnisko piedāvājumu vērtēšana (27.09.2018. protokols Nr.3)

Lai optimizētu un nodrošinātu efektīvu iepirkuma komisijas darbu piedāvājumu vērtēšanā, komisija turpina pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanu. Komisija veic pretendentu tehnisko piedāvājumu vērtēšanu. Komisija konstatē, ka pretendentu iesniegtie tehniskie piedāvājumi atbilst atklāta konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, izņemot iepirkuma 3.daļā:

pretendenta SIA "BioAvots" piedāvātā prece neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, jo ar piedāvāto iekārtu QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System, 96-well, 0.2 mL nevar veikt reakcijas 384 bedrīšu formātā (tehniskās specifikācijas pamatprasību 1.pozīcija), nevar veikt reakcijas 96-bedrīšu formātam ātrajiem protokoliem 0.1-mL tilpumā (tehniskās specifikācijas pamatprasību 2.pozīcija), kā arī pieļaujama reakcijas tilpums piedāvātajai iekārtai ir no 10 - 100 μ l (tehniskās specifikācijas pamatprasību 4.pozīcija).

15. Finanšu piedāvājumu vērtēšana (06.09.2018. protokols Nr.4)

Lai optimizētu un nodrošinātu efektīvu iepirkuma komisijas darbu piedāvājumu vērtēšanā, komisija turpina pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanu. Komisija pārbauda pretendentu finanšu piedāvājumus. Komisija nekonstatē aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.

16. Komisija pārbauda, vai uz pretendentu, kuram atbilstoši atklāta konkursa nolikuma noteikumiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atklāta konkursa 1. un 4.daļā, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas izslēgšanas noteikumi. Tāpat atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ panta pirmajai daļai komisija pārbauda, vai pretendentu, kuram atbilstoši atklāta konkursa nolikuma noteikumiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atklāta konkursa 1. un 4. daļā, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi. Pretendents, kurš ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko (vislētāko) piedāvājumu, kas atbilst atklāta konkursa nolikuma prasībām, un kuram, atbilstoši atklāta konkursa nolikuma noteikumiem, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atklāta konkursā, ir:

Iepirkuma daļa	Daļas nosaukums	Pretendents (juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas Nr.)	Piedāvātā līgumcena, bez PVN, EUR
1. daļa	Konvencionālais polimerāzes ķēdes reakcijas amplifikators ar trīs 32 bedrīšu blokiem	SIA "BioAvots" Reģ. Nr. 40103326392	7020,00
4. daļa	Fokusētās ultraskaņas iekārta	SIA "BioAvots" Reģ. Nr. 40103326392	22 493,00

27.09.2018. sēdē, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, SIA "BioAvots" iesniegto 2018.gada 4.jūlija Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Informātikas un sakaru departamenta izziņu Nr. 14R-31978, kas apliecina, ka SIA "BioAvots" valdes loceklis Marius Gaigalas (Lietuvas pilsonis) nav sodāmības, un 2018.gada 23.augusta Lietuvas Republikas Valsts uzņēmumu reģistra centra Viļņas filiāles izsniegtu piegādātāja apliecību Nr. 425675, kas apliecina, ka SIA "BioAvots" piesaistītā apakšuzņēmēja Lietuvas uzņēmuma UAB "LAISVA LINIJA" vadītājs ir Audrone Jukniene, ka uzņēmumam nav reģistrētu nodokļu parādu un ka uzņēmums vai tā vadītāja pēdējo piecu gadu laikā nav notiesāti un nav stājušies spēkā spriedumi par noziedzīgiem nodarījumiem, komisija ieguva informāciju, ka uz pretendentu SIA "BioAvots", kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atklātā konkursa 1. un 4.daļā, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi (2.pielikums).

27.09.2018. sēdē, izmantojot ANO, ES, Latvijas nacionālo un ASV sankciju datubāzi (<http://sankcijas.kd.gov.lv/>), Eiropas Komisijas Sankciju karti (<https://www.sanctionsmap.eu/#/main>) un ASV noteikto sankciju datubāzi (<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/consolidated.aspx>) komisija neieguva informāciju, ka pretendentam SIA "BioAvots" būtu noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi.

17. Iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas datums – 27.09.2018. Komisija nolēm:

- 1) Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursa norises kārtība" 229.4. apakšpunktu un atklāta konkursa nolikuma 4.1.4.1. un 8.1.1. apakšpunktu, noraidīt SIA "BioAvots" piedāvājumu atklāta konkursa 3.daļā "Reālā laika polimerāzes ķēdes reakcijas amplifikators ar 96 bedrīšu termobloku", tā kā SIA "BioAvots" piedāvātā prece:
 - a. tehniskās specifikācijas pamatprasību 1.pozīcijā "Reakcijas var veikt gan 96 bedrīšu formātā, gan 384 bedrīšu formātā" neatbilst tehniskās specifikācijas prasībai, jo ar to nevar veikt reakcijas 384 bedrīšu formātā;
 - b. tehniskās specifikācijas pamatprasību 2.pozīcijā "Reakcijas iespējams veikt sekojošā tilpumā: 96-bedrīšu formātam 0.2 ml, 96-bedrīšu formātam ātrajiem protokoliem 0.1-mL un 384-bedrīšu formātā" neatbilst tehniskās specifikācijas prasībai, jo ar to nevar veikt reakcijas 96-bedrīšu formātam ātrajiem protokoliem 0.1-mL tilpumā, kā arī nevar strādāt 384-bedrīšu formātā;
 - c. tehniskās specifikācijas pamatprasību 4.pozīcijā "Pieļaujamais reakcijas tilpums – vismaz 1 – 200 μ l" neatbilst tehniskās specifikācijas prasībai, jo tās pieļaujamais reakcijas tilpums ir 10 - 100 μ l.
- 2) Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 41.panta sesto daļu, 42.panta pirmās daļas 11.punktu un atklāta konkursa nolikuma 5.11. punkta 5.11.1., 5.11.3. un 9.2.3. apakšpunktu, pieprasīt SIA "Hydrox" līdz 2018.gada 12.novembrim iesniegt:
 - a. informāciju par Apvienotās Karalistes uzņēmuma Covaris Ltd, uz kura iespējams pretendents balstās, līdzatbildību valsts iepirkuma līguma izpildē, atbilstoši nolikuma 5.11.1.apakšpunkta prasībai;
 - b. Apvienotās Karalistes kompetentas valsts institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka Apvienotās Karalistes uzņēmums Covaris Ltd ir reģistrēts atbilstoši Apvienotās Karalistes normatīvo aktu prasībām (nolikuma 5.11.3.apakšpunkta prasība);

- c. piedāvātā speciālista, kas varētu nodrošināt pretendenta piedāvātā konvencionālā polimerāzes ķēdes reakcijas amplifikatora ar 96 bedrīšu termobloku ar gradienta funkciju (iepirkuma 2.daļa) uzstādīšanu un darbinieku apmācību minētās iekārtas lietošanā apmācību dokumenta (sertifikāta) kopiju, kas apliecina speciālista atbilstību nolikuma 4.1.5.apakšpunkta prasībām;
 - d. piedāvāto speciālistu pašrocīgi parakstītu apliecinājumu par gatavību iesaistīties līguma izpildē, ja pretendents tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atbilstoši nolikuma 4.1.5.apakšpunkta prasībai;
 - e. dokumentus, kas apliecina ka uz Apvienotās Karalistes uzņēmumu Covaris Ltd, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā un otrās daļas 2.punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
- 3) Turpināt atklātā konkursa 2.daļā saņemtā piedāvājuma vērtēšanu pēc pieprasītās informācijas saņemšanas.
- 4) Piešķirt līguma slēgšanas tiesības atklāta konkursā pretendents, kurš ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko (vislētāko) piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst atklāta konkursa nolikuma prasībām:

Iepirkuma daļa	Daļas nosaukums	Pretendents (juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas Nr.)	Piedāvātā līgumcena, bez PVN, EUR
1. daļa	Konvencionālais polimerāzes ķēdes reakcijas amplifikators ar trīs 32 bedrīšu blokiem	SIA "BioAvots" Reģ. Nr. 40103326392	7020,00
4. daļa	Fokusētās ultraskaņas iekārta	SIA "BioAvots" Reģ. Nr. 40103326392	22 493,00

18. 08.10.2018. sēdē (protokols Nr.4) Komisija turpina atklāta konkursa 2.daļā saņemtā piedāvājuma vērtēšanu. Komisija pārbauda pretendenta SIA "Hydrox" 2018. gada 1. oktobrī iesniegtos dokumentus. Komisija konstatē, ka pretendents ir iesniedzis: 1) 2018.gada 1.oktobra paskaidrojumu, kurā norādīts, ka atklāta konkursa 2.daļā piedāvātās iekārtas uzstādīšanu varēs veikt pretendenta servisa speciālists ar atbilstošu izglītību, kā arī, ka Apvienotās Karalistes uzņēmuma Covaris Ltd vēstule neattiecas uz pretendenta piedāvājumu atklāta konkursa 2.daļā; 2) 2014.gada 30.jūnija Rīgas Tehniskās universitātes bakalaura diplomu, kas apliecina Pētera Goldšteina iegūto inženierzinātņu bakalaura grādu mašīnzinātnē; 3) 2018.gada 1.oktobra Pētera Goldšteina pašrocīgi parakstītu apliecinājumu par gatavību iesaistīties līguma izpildē, ja pretendents tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.

Komisija konstatē, ka atklāta konkursa 2.daļā pretendents SIA "Hydrox" piedāvā Austrijas uzņēmuma VWR International GmbH ražotu iekārtu. Pretendents ir iesniedzis Austrijas uzņēmuma VWR International GmbH autorizācijas vēstuli, kurā uzņēmums pilnvaro SIA "Hydrox" uzstādīt ierīces un organizēt servisu garantijas laikā vai pēc tā, kā arī apmācīt klientu tehnisko personālu visiem produktiem, ko izplata Starptautiskais VWR. Ievērojot minēto, komisija secina, ka ar autorizācijas vēstuli Austrijas uzņēmums VWR International GmbH ir sertificējis pretendenta SIA "Hydrox" piedāvāto inženieri Pēteri Goldšteinu veikt iekārtu uzstādīšanu un Institūta personāla apmācību, līdz ar to pretendenta SIA "Hydrox" piedāvājums atbilst Nolikuma 4.1.5.punkta prasībai.

19. Komisija pārbauda, vai uz pretendentu, kuram atbilstoši atklāta konkursa nolikuma noteikumiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atklāta konkursa 2.daļā, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas izslēgšanas noteikumi. Tāpat atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ panta pirmajai daļai komisija pārbauda, vai pretendentu, kuram atbilstoši atklāta konkursa nolikuma noteikumiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atklāta konkursā, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi.

Pretendents, kurš atklāta konkursa 2.daļā ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko (vislētāko) piedāvājumu, kas atbilst atklāta konkursa nolikuma prasībām, un kuram, atbilstoši atklāta konkursa nolikuma noteikumiem, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atklāta konkursā, ir:

Iepirkuma daļa	Daļas nosaukums	Pretendents (juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas Nr.)	Piedāvātā līgumcena, bez PVN, EUR
2. daļa	Konvencionālais polimerāzes ķēdes reakcijas amplifikators ar 96 bedrīšu termobloku ar gradienta funkciju	SIA "Hydrox" Reģ. Nr. 45403032653	5000,00

08.10.2018. sēdē, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, komisija ieguva informāciju, ka uz pretendentu SIA "Hydrox", kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atklātā konkursa 2.daļā, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi (4.pielikums).

08.10.2018. sēdē, izmantojot ANO, ES, Latvijas nacionālo un ASV sankciju datubāzi (<http://sankcijas.kd.gov.lv/>), Eiropas Komisijas Sankciju karti (<https://www.sanctionsmap.eu/#/main>) un ASV noteikto sankciju datubāzi (<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/consolidated.aspx>) komisija neieguva informāciju, ka pretendentam SIA "Hydrox" būtu noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi.

20. Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai gadījumā, ja piedāvājumu iesniedza viens pretendents:

Atklāta konkursa 1. daļā "Konvencionālais polimerāzes ķēdes reakcijas amplifikators ar trīs 32 bedrīšu blokiem" un 2. daļā "Konvencionālais polimerāzes ķēdes reakcijas amplifikators ar 96 bedrīšu termobloku ar gradienta funkciju" piedāvājumu iesniedza tikai viens pretendents.

Līdz ar to komisija izvērtē turpmāko rīcību, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" 2. nodaļas 19.punktam, proti, „Ja piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens piegādātājs, iepirkumu komisija sagatavo un pasūtītājs ietver iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja iepirkumu komisija nevar pamatot, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, tā pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru”.

Saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma 4.1.3. apakšpunktā noteikto prasību, pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu instrumentālo iekārtu piegādēs un pieredzes apliecināšanai pretendentam jāiesniedz pieredzes apraksts, atbilstoši pievienotai tabulai, kā arī pieredzes aprakstam jāpievieno vismaz divas pozitīvas klientu atsauksmes, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 4.1.3.apakšpunkta prasībai. Pretendents SIA "BioAvots" apliecināja savu pieredzi ar 4 (četriem) līgumiem un pretendents SIA "Hydrox" – ar 6 (sešiem) līgumiem. Tāpat pretendenti katrs iesniedza prasītās 2 (divas) pozitīvās atsauksmes.

Ņemot vērā, ka atklātā konkursā iekļautie amplifikatori pasūtītājam nepieciešami, lai nodrošinātu references laboratorijas funkcijas normatīvajos aktos noteiktajās jomās, laboratoriskos un diagnostiskos izmeklējumus saistībā ar valsts uzraudzību un kontroli pārtikas aprites, dzīvnieku veselības un aizsardzības, dzīvnieku barības aprites un veterināro zāļu aprites jomā, prasības par pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, tajā skaitā pieredzi, Komisijas ieskatā, pasūtītājam ir būtiskas, vitāli nepieciešamas un konkrētajā gadījumā ir samērīgas un atbilst Publisko iepirkumu likuma 46. panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā noteiktajam.

Tikai viena piedāvājuma saņemšana ir izskaidrojama ar konkrētā tirgus specifiku, jo pretendents specializējas konkrēto iekārtu piegādēs.

Neviens pretendents nav apstrīdējis nolikumā ietvertās prasības, kā arī nav izrādījis interesi par nolikumu, uzdodot jautājumu. Komisija konstatē, ka atklāta konkursa nolikuma atlases (kvalifikācijas) noteikumi nesatur prasības, kas varētu ierobežot iespējamus pretendentes. Atlases (kvalifikācijas) prasības tika noteiktas objektīvas un samērīgas.

21. Iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas datums – 08.10.2018. Komisijas lēmums:

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības atklāta konkursā pretendenta, kurš ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko (vislētāko) piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst atklāta konkursa nolikuma prasībām:

Iepirkuma daļa	Daļas nosaukums	Pretendents (juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas Nr.)	Piedāvātā līgumcena, bez PVN, EUR
2. daļa	Konvencionālais polimerāzes ķēdes reakcijas amplifikators ar 96 bedrīšu termobloku ar gradienta funkciju	SIA "Hydrox" Reģ. Nr. 45403032653	5000,00

Pielikumā: saņemtie piedāvājumi.

Komisijas priekšsēdētājs

I.Rodze

Komisijas sekretāre

K.Asmusa-Solanki

Atklāts konkurss
“Instrumentālo iekārtu iegāde zinātniskā institūta „BIOR” Molekulārās bioloģijas nodaļas
pētnieciskās kapacitātes uzlabošanai”
(ID. Nr. BIOR 2018/33/AK)

Saņemtie piedāvājumi:

Daļai Nr. 1 - Konvencionālais polimerāzes ķēdes reakcijas amplifikators ar trīs 32 bedrīšu blokiem

Pretendents	Cena
SIA “BioAvots”	EURO 7020,00

**Daļai Nr. 2 - Konvencionālais polimerāzes ķēdes reakcijas amplifikators ar 96 bedrīšu termobloku ar
gradianta funkciju**

Pretendents	Cena
SIA "Hydrox"	EURO 5000,00

Daļai Nr. 3 - Reālā laika polimerāzes ķēdes reakcijas amplifikators ar 96 bedrīšu termobloku

Pretendents	Cena
SIA “BioAvots”	EURO 36 217,00

Daļai Nr. 4 - Fokusētās ultraskaņas iekārta

Pretendents	Cena
SIA “BioAvots”	EURO 22 493,00
SIA "Hydrox"	EURO 24 093,00