



BIOR

PĀRTIKAS DROŠĪBAS, DZĪVNIĒKU VESELĪBAS
UN VIDES ZINĀTNISKAIS INSTITŪTS

Leļupes iela 3, Rīga, Latvija, LV-1076, tālr.: +371 67620526, fakss: +371 67620434, e-pasts: bior@bior.lv, www.bior.lv, reģ. Nr. 90009235333

ZIŅOJUMS Nr.1

Rīgā

2017. gada 25.septembrī

- 1. Pasūtītāja nosaukums:** Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” (turpmāk – Institūts)
- 2. Iepirkuma identifikācijas numurs:** BIOR 2017/28/AK
- 3. Iepirkuma priekšmets:** Instrumentālo iekārtu iegāde pētnieciskās kapacitātes palielināšanai
- 4. Iepirkuma metode:** atklāts konkurss, kas tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu
- 5. Iepirkuma komisija izveidota, pamatojoties uz Institūta direktora p.i. Olgas Valciņas 2017. gada 9.augusta rīkojumu Nr.66.**

Komisijas priekšsēdētāja: Institūta Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas Šķidruma hromatogrāfijas nodaļas vadītāja I. Pugajeva.

Komisijas locekļi:

Institūta Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas Mikrobioloģijas nodaļas vadītāja A.Cibrovskā;
Institūta Grāmatvedības nodaļas vadītāja Dz.Brīce;
Institūta Iepirkumu nodaļas vadītāja B.Skuja.

Komisijas sekretāre: Institūta Juridiskās nodaļas vadītāja H.Bila.

Pamatojoties uz Institūta direktora A.Bērziņa 2017.gada 25.augusta rīkojumu Nr.89, Institūta direktora vietniece finanšu jautājumos I.Driksna pilda komisijas locekles pienākumus Dz.Brīces prombūtnes laikā.

- 6. Paziņojums par līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv):** 17.08.2017.
- 7. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības:** norādītas atklāta konkursa nolikuma 4. sadaļā.
- 8. Piedāvājumu izvēles kritērijs –** iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām. Tā kā sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājumu izvēlē, Pasūtītājs, lai izvēlētos saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai izmanto tikai cenu.
- 9. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:** 20.09.2017. plkst. 10:00
- 10. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:** Institūta mazajā sanāksmju zālē, Leļupes ielā 3, Rīgā, 20.09.2017. plkst. 10:00.
- 11. Saņemtie piedāvājumi:** skatīt 1.pielikumā.

12. Atlases dokumentu izvērtēšana

Komisija izvērtēja atlases dokumentus un nolēma piedāvājumu virzīt turpmākai vērtēšanai.

13. Tehnisko piedāvājumu izvērtēšana. Komisija izvērtēja tehniskos piedāvājumus un nolēma:

- 1) pamatojoties uz atklāta konkursa nolikuma 2.1.punktu un 8.1.1.apakšpunktu, noraidīt SIA “Adrona” iesniegto piedāvājumu atklāta konkursa 1. daļā “Induktīvi saistītās plazmas masspektrometrs (ICP-MS) ar gāzu hromatogrāfu (GC) un jonu hromatogrāfu (IC)”, jo piedāvātā iekārta neatbilst tehniskajā specifikācijā norādītajai prasībai par noteikšanas

robežu gāzes režīmā (ppt) $\ln(115) \leq 0,1$. SIA "Adrona" piedāvājumā ir norādīta noteikšanas robeža $\ln(115) < 0,25$, kas uzskatāma par neatbilstošu;

- 2) pamatojoties uz atklāta konkursa nolikuma 8.1.2. un 9.2.3. apakšpunktu, atklāta konkursa 4. daļā "Destilācijas iekārta olbaltumvielu noteikšanai ar Kjeldāla metodi" pieprasīt:
 - a. SIA "Doma" sniegt skaidrojumu, ņemot vērā, ka SIA "Doma" piedāvājuma tehniskajā specifikācijā par sūkņa tehniskajām prasībām ir norādīts NaOH sūknis, H₃BO₄ sūknis, H₂O sūknis, kā arī skābju izturīgs sūknis, savukārt norādītajā ražotāju tehniskajā dokumentācijā piedāvātajam modelim K 355 ir norādīts NaOH sūknis un skābju izturīgs sūknis;
 - b. SIA "Armgate" sniegt skaidrojumu, ņemot vērā, ka SIA "Armgate" piedāvājuma tehniskajā specifikācijā par sūkņa tehniskajām prasībām ir norādīts NaOH sūknis, H₃BO₄ sūknis, H₂O sūknis, kā arī skābju izturīgs sūknis, savukārt norādītajā ražotāju tehniskajā dokumentācijā piedāvātajam modelim UDK 149 nav atsauces par skābju izturīgu sūkni;
 - c. SIA "PARICO" sniegt skaidrojumu, ņemot vērā, ka SIA "PARICO" piedāvājuma tehniskajā specifikācijā par sūkņa tehniskajām prasībām ir norādīts NaOH sūknis, H₃BO₄ sūknis, H₂O sūknis, kā arī skābju izturīgs sūknis, savukārt norādītajā ražotāju tehniskajā dokumentācijā piedāvātajam modelim Kjeltec™ 8200 ir atsauce tikai uz ūdens un sārmu sūkni;
 - d. skaidrojumus pretendentiem sniegt 3 (trīs) darba dienu laikā;
- 3) pārējos piedāvājumus virzīt turpmākai vērtēšanai.

14. Finanšu piedāvājumu izvērtēšana

Komisija izvērtēja finanšu piedāvājumus un nolēma piedāvājumus virzīt turpmākai vērtēšanai.

15. Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai gadījumā, ja piedāvājumu iesniedza viens pretendents:

Atklāta konkursa 2.daļā "Šķidrums hromatogrāfs (UHPLC) ar uzlādētā aerosola detektoru (CAD)" piedāvājumu iesniedza tikai viens pretendents. Saskaņā ar nolikuma 4.1.4.apakšpunktu pretendētājam bija jāiesniedz apliecinājums par piedāvātā aprīkojuma legālu izcelsmi un ražotāja garantijas saistību nodrošināšanu, saskaņā ar nolikuma 4.1.5.apakšpunktu, pretendētājam jāiesniedz piedāvātā speciālista apmācību dokumenta kopija, kā arī speciālista pašrocīgi parakstīts apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē. Nolikuma 4.1.7.apakšpunkta prasība nosaka, ka pretendētājam pēdējo trīs gadu laikā jābūt pieredzei viena aprīkojuma piegādē, uzstādīšanā un apmācībā darbam ar šo iekārtu. Līdz ar to pasūtītājs ir noteicis pašu minimālāko sniegtā pakalpojuma skaitu – viena aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu un apmācību atbilstošā vērtībā, ņemot vērā, ka šāda pieredze ir būtiska konkrētā līguma izpildei. Prasība par pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai ir samērīga un atbilst Publisko iepirkumu likuma 46.panta pirmajai daļai. Tikai viena piedāvājuma saņemšanu, iespējams, var vērtēt kā apstākļu sakritību, jo pārējās atklātā konkursa daļās ir pieteicies lielāks pretendentu skaits, tas ir, 3. un 5.daļā – divi pretendenti, 1.daļā – trīs pretendenti, savukārt 4.daļā – pieci pretendenti. Līdz ar to komisija secina, ka nolikuma atlases (kvalifikācijas) noteikumi nesatur prasības, kas varētu ierobežot iespējamus pretendentes, neviens ieinteresētais piegādātājs nav apstrīdējis nolikumā ietvertās atlases prasības. Atlases (kvalifikācijas) prasības tika noteiktas objektīvas un samērīgas.

16. Iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas datums – 25.09.2017.

Komisija lēmums: piešķirt līguma slēgšanas tiesības pretendētājam, kurš ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko (vislētāko) piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst atklāta konkursa nolikuma prasībām:

Iepirkuma daļa	Daļas nosaukums	Pretendents (juridiskas personas)	Piedāvātā līgumcena, bez
----------------	-----------------	-----------------------------------	--------------------------

		nosaukums, reģ.Nr.)	PVN, EUR
1. daļa	Induktīvi saistītas plazmas masspektrometrs (ICP-MS) ar gāzu hromatogrāfu (GC) un jonu hromatogrāfu (IC)	SIA "Labochema Latvija"	167 450,00
2. daļa	Šķidrums hromatogrāfs (UHPLC) ar uzlādētā aerosola detektoru (CAD)	SIA "Labochema Latvija"	94 800,00
3. daļa	Automātiskā Kjeldāla destilācijas iekārta olbaltumvielu noteikšanai ar titratoru un mineralizācijas bloku	SIA "Omnilab Baltic"	12 500,00
5. daļa	Apdrukas printeris un iepakojšanas iekārta mikrobioloģisku barotņu sagatavošanai	SIA "Doma"	8 820,00

Pielikumā: saņemtie piedāvājumi uz vienas lapas.

Komisijas priekšsēdētāja:

Komisijas sekretāre:

I.Pugajeva

H.Bila

SAŅEMTIE PIEDĀVĀJUMI (CENAS NORĀDĪTAS EUR, bez PVN)

Nr. p. k.	Dajas nosaukums	Preteidents							
1. daļa	Induktīvi saistītas plazmas masspektrometrs (ICP-MS) ar gāzu hromatogrāfu (GC) un jonu hromatogrāfu (IC)	SIA Faneks	209 685,00		256 618,00			167 450,00	
2. daļa	Šķidruma hromatogrāfs (UHPLC) ar uzlādētā aerosola detektoru (CAD)							94 800,00	
3. daļa	Automātiskā Kjeldāļa destilācijas iekārta olbaltumvielu noteikšanai ar titratoru un mineralizācijas bloku						12500,00		15 110,00
4. daļa	Destilācijas iekārta olbaltumvielu noteikšanai ar Kjeldāļa metodi		6 490,00			7 510,00	7 600,00	8 750,00	5 882,00
5. daļa	Apmērukas printeris un iepakojšanas iekārta mikrobioloģisku barotņu sagatavošanai			10 449,00					8 820,00